

W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę: część 1- koncentratorów tlenu oraz część 2 - systemu oznaczeń immunotranfuzjologicznych mikrometodą, wpłynęły następujące pytania dotyczące:

części 1:

Co Zamawiający ma na myśli pisząc:

„Wymagane parametry koncentratorów:

-wbudowane zasilanie awaryjne – minimalny czas podtrzymania 30 min.”

Prosimy o wyjaśnienie.

Czy Zamawiającemu chodziło o alarm który ma trwać min 30 minut przy braku zasilania ?

Czy też koncentrator tlenu musi posiadać akumulator który potrzy ma pracę przez min. 30 minut ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasilanie awaryjne, to takie, które podtrzymuje pracę urządzenia w przypadku braku zasilania z sieci energetyki zawodowej.

części 2:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem "pakiet startowy odczynników" Zamawiający rozumie niezbędną ilość odczynników potrzebną do pierwszego uruchomienia i przeszkolenia personelu w zakresie wykonania badań: próba krzyżowa, screening przeciwciał, grupa krwi dorosłych?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem "pozytywna opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii" Zamawiający ma na myśli opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych wystawioną przez IHiT w Warszawie?
3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii pozytywnej opinii o której mowa w pkt. 3 - Wymagania dla systemu - Część 2?
4. Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty instrukcji obsługi w języku polskim w formie elektronicznej na płycie CD (wersja papierowa zostanie dostarczona wraz ze sprzętem)?
5. Czy w przypadku wymogu złożenia instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej, Zamawiający dopuści osobne zbindowanie i podpisanie instrukcji za zgodność z oryginałem tylko na pierwszej stronie?
6. Prosimy o wyjaśnienie czy za "dokument potwierdzający datę produkcji wyrobu" Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą stosownego oświadczenia?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Pozytywna opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii dotycząca proponowanego przez Dostawcę systemu oznaczeń Mikrometodą.

Ad. 3,4,5 Tak.

Ad. 6. Tak na etapie składania oferty. Dokumenty producenta na etapie realizacji zamówienia.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych
Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudcu
Im. dr. Teodora Dudyła
Hanna Jakodzińska